

本 PCR 検査サービスの位置付けと検査手法・検査キット・検査結果報告書について

当検査センターでの PCR 検査は、無症状の方を対象に、新型コロナウイルスの有無を検出することを目的としたスクリーニング検査です。介護や教育の現場、自己管理、その他のニーズに基づく新型コロナウイルスの PCR 検査をご希望される方の利用を想定したものです。

(※ 発熱や咳など新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある場合は、本検査をお受けいただくことはできません。発熱、咳など新型コロナウイルスと疑われる症状のある方は、指定医療機関を受診してください。)

【発行される検査結果報告書について】

本 PCR 検査サービスで発行される検査結果報告書は、愛宕商事 株式会社が発行する「PCR 検査結果報告書」です。医師の診断書（非感染証明書、海外渡航時の陰性証明書）としてご利用いただくことはできません。

【検査結果報告書の取得方法】

当検査センターからの検査結果通知後に、にいがた PCR 検査センターの Web サイトまたは検査結果通知メールより、ログインしていただき、お客様ご自身で検査結果報告書をダウンロードして取得いただけます。

(※ 店舗での検査結果報告書の印刷及び郵送は行っておりません。)

【公的機関への検査結果（個人情報含む）の情報共有について】

検査結果と個人情報につきましては、感染症対策への公的協力の観点から行政、自治体、保健所等の感染症対策部局等に提供する場合がございますので、予めご了承ください。

【検査手法】

当検査センターにおける新型コロナウイルスの PCR 検査では、検体として唾液を用います。唾液検体の取り扱いについては、国立感染症研究所「2019-nCoV（新型コロナウイルス）感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」に従い採取・輸送し、本検査は、国立感染症研究所『病原体検出マニュアル 2019-nCoV Ver.2.9.1』記載の「4.3.リアルタイム one-step PT-PCR(TaqMan プローブ法)反応」に従いバイオセーフティーレベル(BSL)2+ の環境下で臨床検査技師等が実施します。当検査センターでの検査方法（検体採取・輸送方法・検査キット・検査手法等）は、登録衛生検査所が医療機関から受託して行う保険適用対象・自費診療の新型コロナウイルス PCR 検査方法と同様のものになります。

【検査キット】

「にいがた PCR 検査センター」では、『東洋紡株式会社 新型コロナウイルス検出キット SARS-COV-2 Detection Kit Multi NCV-403』を使用します。同製品による検査方法の有用性につきましては、国立感染症研究所の病原体検出マニュアルに基づく方法で得られる検査結果と 100%一致していることが報告されております。

(参考資料: 厚生労働省健康局結核感染症課及び国立感染症研究所発行の「臨床検体を用いた評価結果が取得された 2019nCoV 遺伝子検査方法について」(2020 年 10 月 23 日版))

【測定装置】

本検査の測定に用いるリアルタイム PCR 装置は、最新型タカラバイオ社リアルタイム PCR 装置 (CronoSTAR™96 Real-Time PCR System (4ch)) を使用します。